



N° 08-0433

CLIENTE:
 INGEOCONT

EQUIPO: NIVEL AUTOMÁTICO
 MARCA: PENTAX
 MODELO: AP-128
 NUM. SERIE: 193372

FECHA DE CALIBRACIÓN: 24 - JUN - 2008
 FECHA DE VENCIMIENTO: 24 - DIC - 2008

GEO SERVICE RENT S.A.C. certifica que el equipo topográfico arriba descrito cumple con las especificaciones técnicas de la fábrica y los estándares internacionales establecidos.

EQUIPO DE CALIBRACIÓN UTILIZADO:

EQUIPO/MODELO	MARCA
SET COLIMADOR C5	PENTAX

La verificación del alineamiento de los colimadores se realiza diariamente según manual de instrucción de la fábrica Pentax.

PROCEDIMIENTO DE CALIBRACIÓN:

Por estimación del ángulo de inclinación del compensador automático enfocando al infinito respecto a la línea horizontal del retículo del colimador Pentax.

RESULTADOS

VALOR DEL PATRÓN	VALOR LEÍDO EN EL INSTRUMENTO	ERROR	RANGO	OPERATIVO
90°00'00.0"	90°00'00.0"	0.0"	± 0.5"	OPERATIVO

CERTIFICADO POR: ING. GUSTAVO SONAN Gerente Técnico	FIRMA: 	FECHA DE EMISIÓN: 24 - JUN - 2008
---	---	--------------------------------------

Laboratorio